



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Βηλάκη Δήμητρα

Τηλ.: 2247022131

Fax: 2247023141

e-mail: promithies@leros-hospital.gr

promithies1@leros-hospital.gr

promithies2@leros-hospital.gr

promithieslog@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 01/03/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2070

ΑΔΑ: [66ΘΤ46904Ρ-0ΔΕ](#)

CPV: 33141328-5, 33124131-2,

33140000-3, 33141310-6,

33199000-1, 33141320-9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -14 -

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθμ **6/24-2-2021 (Θέμα 13)** Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Γ7Ω46904Ρ-ΙΝ9) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθμ. **363/26-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΜΔ46904Ρ-ΛΥΡ)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
4. Τις υπ' αριθμ. **12019/15-10-20, 14764/17-12-20, 590/20-1-21, 1244/8-2-21, 1326/9-2-21, 1650/18-2-21, 1756/22-2-21, 1828, 1829, 1830/23-2-21** Αιτήσεις της αποθήκης αναλώσιμων υγειονομικών υλικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. προ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ
1.	Βελόνες Quincke Νο 22G μήκους 90mm	τεμάχιο	50	3,50 €	175,00 €
2.	Βελόνες Quincke Νο 23G μήκους 90mm	τεμάχιο	50	3,50 €	175,00 €
3.	Βελόνες Quincke Νο 25G μήκους 90mm	τεμάχιο	75	3,50 €	262,50 €
4.	Βελόνες Pencil point Νο 22G μήκους 90mm	τεμάχιο	50	4,50 €	225,00 €
5.	Βελόνες Pencil point Νο 25G μήκους 90mm	τεμάχιο	25	4,50 €	112,50 €
6.	Αναγωγική ταινία σακχάρου (να συνοδεύονται από 30 μετρητές σακχάρου)	τεμάχιο	10000	0,10 €	1.000,00 €
7.	Αναγωγική ταινία ούρων 10 παραμέτρων	τεμάχιο	2000	0,05 €	100,00 €
8.	Stick νιτρικού αργύρου (περιεκτικότητας 75%)	τεμάχιο	100	1,00 €	100,00 €
9.	Σύριγγα 1ml ινσουλίνης με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη	τεμάχιο	6000	0,03 €	180,00 €
10.	Μπλούζες χειρουργείου Νο XL	τεμάχιο	120	2,70 €	324,00 €
11.	Μπλούζες χειρουργείου Νο XXL	τεμάχιο	240	2,70 €	648,00 €
12.	Πλέγμα ωσειδές ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο με αντισυμφητική επικάλυψη, διαστάσεων 15X20cm ±5%	τεμάχιο	1	1.050,00 €	1.050,00 €
13.	Καθηλωτής (tucker) ενδοπεριτοναϊκού πλέγματος με 25 clips μη απορροφήσιμα	τεμάχιο	1	425,00 €	425,00 €

14.	Κλίπς τιτανίου M-L συμβατά με την WISAP λαπαροσκοπική λαβίδα.	τεμάχιο	1	560,00 €	560,00 €
15.	Βελόνες τοπικής αναισθησίας 30 G (0,3X25mm)	τεμάχιο	500	0,10 €	50,00 €
16.	Βελόνες κάτω φατνιακού 27G (0,40mm)	τεμάχιο	500	0,10 €	50,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

α) Για τα είδη με A/A: 1-3 (βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου Quincke)

Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου QUINCKE από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτούμενο άκρο για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας. Μιας χρήσης, αποστειρωμένες, latex free. Να φέρει στείλει με χρωματική σήμανση για αναγνώριση μεγέθους. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να δίνει στον χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας. Να έχει εγκοπή που θα υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY (εγκεφαλονωτιαίου υγρού). Να φέρει διάφανη δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης ENY. Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας). Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.

β) Για τα είδη με A/A: 4-5 (βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου Pencil Point)

Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου PENCIL POINT από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτούμενο άκρο για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να δίνει στον χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας. Να έχει εγκοπή που θα υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. Να φέρει οδηγό και να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY (εγκεφαλονωτιαίου υγρού). Να φέρει διάφανη δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης ENY. Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας). Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.

γ) Για το είδος με A/A: 6 (αναγωγική ταινία σακχάρου)

Το αίμα να παραμένει πάνω στην ταινία και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή έτσι, ώστε ο μετρητής να μην χρειάζεται καθόλου καθάρισμα. Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου να χρειάζονται ελάχιστη ποσότητα αίματος και να δίνουν αποτελέσματα σε λίγο χρόνο. Οι ταινίες μέτρησης να έχουν έγκριση για μέτρηση από δείγμα τριχοειδικού αίματος. Η μέτρηση να αρχίζει μόνο όταν η ποσότητα αίματος που έχει εισαχθεί στην ταινία είναι επαρκής. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης στην συσκευασία. Επίσης αναγράφεται και ο αριθμός παραγωγής. Να φέρουν την σήμανση CE. **Να συνοδεύονται από 30 μετρητές σακχάρου.**

δ) Για το είδος με A/A: 7 (αναγωγική ταινία 10 παραμέτρων)

Να προσφερθούν ταινίες με τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική/διακριτική ικανότητα στις κάτωθι παραμέτρους: πρωτεΐνες, νιτρώδη, λευκοκυτταρική εστεράση, αιμοσφαιρίνη, γλυκόζη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, κετονικά σώματα, pH, ειδικό βάρος. Η ανάγνωσή τους να είναι εύκολη και απλή, και να είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 1 λεπτό της ώρας). Η κάθε συσκευασία να φέρει χρωματικό πρότυπο σύγκρισης της ταινίας. Να είναι σε συσκευασίες που να κλείνουν ερμητικά, ώστε να μην επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Να φέρει CE mark σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα.

ε) Για το είδος με α/α 8 stick νιτρικού αργύρου με περιεκτικότητα 75%

στ) Για το είδος με α/α 9 (σύριγγα 1ml ινσουλίνης)

Να συνοδεύεται από βελόνα, να είναι αποστειρωμένη , Latex free. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου των πλαστικών συριγγών καθορίζονται με την υπουργική απόφαση Α6 6404 (ΦΕΚ 681 Β'8-8-91)

ζ) Για το είδος με α/α 10-11 (μπλούζες χειρουργείου)

Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης , ειδικής κατασκευής non-woven, πολύ μαλακή και απαλή , να μην σχίζεται , να είναι ανθεκτική και ασφαλής, να μην είναι διαπερατή σε υγρά, να έχει ρέλι στη λαϊμόκοψη και αυτοκόλλητο κλείσιμο, να δένει εσωτερικά και εξωτερικά με κορδόνι στη μέση. Με διπλά ελαστικά γαζιά για μεγαλύτερη αντοχή στις ραφές. Με εσωτερικό περιτύλιγμα και πετσέτα χειρός. Ενισχυμένη με πλαστική ενίσχυση στο μπροστινό μέρος της μπλούζας και στα μανίκια που επιτρέπει την συγκράτηση των υγρών και αίματος. Νο XL και XXL.

η) Για το είδος με α/α 12 Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό

Ωοειδές ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο με αντισυμφοητική επικάλυψη, οβάλ σε διαστάσεις 15X20cm ±5% , για λαπαροσκοπική αποκατάσταση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης

θ) Για το είδος με α/α 13 Καθηλωτής για το ανωτέρω πλέγμα.

Καθηλωτής (Tucker) για το ανωτέρω ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα με 25 clips μη απορροφήσιμα.

ι) Για το είδος με α/α 14 Κλιπς τιτανίου

Κλιπς τιτανίου M-L για λαπαροσκοπικό κλιπαδόρο WISAP 7671M3, συμβατά με την WISAP λαπαροσκοπική λαβίδα (πακέτο των 108 τεμ)

κ) Για το είδος με α/α 15 Βελόνες τοπικής αναισθησίας 30G (0.3X25mm)

Για οδοντιατρική χρήση. Θα προτιμηθεί κουτί 100 τεμαχίων

λ) Για το είδος με α/α 16 Βελόνες κάτω φατνιακού 27G (0.40mm) .

Θα προτιμηθεί κουτί 100 τεμαχίων

Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1311.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	5.437,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη μετά ΦΠΑ 17%	6.361,29€
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή ανά είδος)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και έως ώρα: 11:30π.μ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών	Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 , ώρα: 12:00μ.μ
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail , σε ένα από τα κάτωθι : promithies@leros-hospital.gr ή promithies1@leros-hospital.gr ή promithies2@leros-hospital.gr ή promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

Δ' ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής αξίας της σύμβασης

2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ

ΦΟΡΟΣ 4% (για ποσά άνω των 150,00€)

ΑΕΠΠ 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας

Χ/μο 3% επί του ΑΕΠΠ και ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% επί του χ/μου ΑΕΠΠ

0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (για ποσά άνω των 2.500€)

Χ/μο 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ε΄ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής στο ΚΗΜΔΗΣ

Η σύμβαση που τυχόν θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από ετήσιο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το Νοσοκομείο μας. Η λύση της σύμβασης δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο.

ΣΤ΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
