



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
12-21

ΛΕΡΟΣ: 3/12/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13507/6-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ:
CPV:39141300-5

Πληροφορίες : Αράπης Παντελής, Βηλάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -138-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθ. 38/03-12-2021(θέμα 6) Απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΤ5346904Ρ-ΥΘ6) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθ. 1304/03-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ4Θ646904Ρ-ΑΟΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
5. Την υπ' αριθ. 12809 / 22-11-2021 αναφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Την υπ' αριθμ 65522/24-12-2018 απόφαση της 2^{ης} ΥΠΕ περί επιχορήγησης για επισκευές του κεντρικού του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Λέρου.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. προ ΦΠΑ
1	Ερμάρια από ανοξείδωτο ατσάλι, διαστάσεων : μήκος 90cm, πλάτος 45 cm, ύψος 180 cm	1	2.400,00 €
2	Ερμάρια από ανοξείδωτο ατσάλι, διαστάσεων : μήκος 76cm, πλάτος 52 cm, ύψος 168 cm	1	3.400,00 €
3	Ερμάρια από ανοξείδωτο ατσάλι, διαστάσεων : μήκος 115 cm, πλάτος 40 cm, ύψος 197 cm	1	2.900,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Να είναι ιδανική για την σωστή οργάνωση και αποθήκευση των υλικών στο χώρο του Χειρουργείου.

Να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.

Να διαθέτει 2 πόρτες με τζάμι, για τον άμεσο οπτικό έλεγχο των υλικών.

Στην βάση της να διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίηση της ντουλάπας σε κάθε επιφάνεια.

Στο εσωτερικό της να έχει 3 ράφια τα οποία να ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με της ανάγκες της αποθήκευσης.

Η ντουλάπα να είναι εξοπλισμένη με κεντρικό κλείδωμα, για την ασφαλή φύλαξη.

Στην βάση της να διαθέτει 4 τροχούς διαμέτρου Φ125 με φρένο.

Στην άνω επιφάνεια της ντουλάπας να έχει πλαστικό κάλυμμα από αντιμικροβιακό ABS, το οποίο να έχει κλίση για τον εύκολο καθαρισμό της. **Να κατατεθεί πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου για την αντιμικροβιακή σύσταση. Οι διαστάσεις της να είναι μήκος 90cm, πλάτος 45cm, ύψος 180 cm**

2. Να είναι ιδανική για την σωστή οργάνωση και αποθήκευση των υλικών στο χώρο του Χειρουργείου.
Να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.

Να διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από διαφανές υλικό για τον άμεσο οπτικό έλεγχο του εσωτερικού.

Να είναι εξοπλισμένη με 6 καλάθια αποθήκευσης τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις.

Στην βάση της να διαθέτει 4 μεγάλους αντιστατικούς τροχούς, 2 από τους οποίους διαθέτουν φρένο.

Στην άνω επιφάνεια της ντουλάπας να έχει πλαστικό κάλυμμα από αντιμικροβιακό ABS, το οποίο να έχει κλίση για τον εύκολο καθαρισμό της. **Να κατατεθεί πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου για την αντιμικροβιακή σύσταση. Οι διαστάσεις να είναι μήκος 76 cm , πλάτος 52 cm , ύψος 168 cm.**

3. Να είναι ιδανική για την σωστή οργάνωση και αποθήκευση των υλικών στο χώρο του Χειρουργείου.
Να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η ντουλάπα να διαθέτει 2 συρόμενες πόρτες με τζάμι, για τον άμεσο οπτικό έλεγχο των υλικών.

Στην βάση της να διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίηση της ντουλάπας σε κάθε επιφάνεια.

Στο εσωτερικό της να έχει 4 ράφια τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες της αποθήκευσης.

Στην βάση της να διαθέτει 4 τροχούς διαμέτρου Φ125 με φρένο.

Στην άνω επιφάνεια της ντουλάπας να έχει πλαστικό κάλυμμα από αντιμικροβιακό ABS, το οποίο να έχει κλίση για τον εύκολο καθαρισμό της. **Να κατατεθεί πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου για την αντιμικροβιακή σύσταση . Οι διαστάσεις της να είναι μήκος 115 cm , πλάτος 40 cm, ύψος 197 cm.**

Πληροφορίες για τις Τεχνικές προδιαγραφές κος Αράπης Παντελής (Υποδ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας) Τηλ. 2247360132

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	9525.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	8.700,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	10.179,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Δευτέρα 13/12/21 ώρα 12:00΄
Ημερομηνία διαγωνισμού	Δευτέρα 13/12/21, ώρα 12:30΄
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail σε ένα από τα κάτωθι: promithies@leros-hospital.gr ή promithies1@leros-hospital.gr ή promithies2@leros-hospital.gr ή promithies3@leros-hospital.gr ή ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται

Πληρωμή- Κρατήσεις

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άνω των € 2.500,00)
 2. Χ/ΜΟ 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% επ' αυτού
 3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ 2%
 4. ΦΟΡΟΣ 8%
 5. ΑΕΠΠ 0,06%
 6. Χ/ΜΟ 3% επί του ΑΕΠΠ και ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% επ' αυτού
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Απόσπασμα Ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ 15 (δεκαπέντε εργάσιμες) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις –διαγωνισμοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ