



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-  
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ  
 ΑΦΜ: 099591588  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Ταχ. Δ/ση: Λακκί Λέρος  
 Τηλέφωνο: 22470 22131  
 e-mail: [promithies@leros-hospital.gr](mailto:promithies@leros-hospital.gr)  
[promithies1@leros-hospital.gr](mailto:promithies1@leros-hospital.gr)  
[promithies2@leros-hospital.gr](mailto:promithies2@leros-hospital.gr)  
[promithies3@leros-hospital.gr](mailto:promithies3@leros-hospital.gr)

Λέρος 14/07/2023  
 Αριθμ. πρωτ. 8522/17-7-23

CPV: 50421200-4

ΑΔΑ:

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Νο 8**  
 Χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

1. Σε εφαρμογή της αριθμ. **19/7-7-2023 (θέμα 5) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου** του Κρατικού Θεραπευτηρίου-ΓΝ-ΚΥ Λέρου (ΑΔΑ:9Ι7Η46904Ρ-Π7Ζ), περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, εδάφιο γγ' του Ν. 4412/16, (περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
2. **Η υπ' αριθ. 900/10-7-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΡΓ46904Ρ-ΗΚΚ) απόφαση** ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

**Διενεργείται**

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «**σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος και μαστογράφου.**

Η διαπραγμάτευση απευθύνεται μόνο στην εταιρεία **ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ** (άρθρο 32, παρ. 2 εδάφιο γγ' του Ν. 4412/16).

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να καταθέσετε έως την **Δευτέρα 24/07/2023 και ώρα 10:00** την προσφορά σας (με email), για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ προ ΦΠΑ
1	ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (0-G650DR/MTO bs/ RX90/ TRT432/ EVS) <b>(ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)</b>	13.000,00 €
2	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ IMS Giotto 3DL (s/n: 1838103340) <b>(ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)</b>	16.200,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ</b>	<b>29.200,00 €</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>7.008,00 €</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>36.208,00 €</b>

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η συντήρηση αναφέρεται στα εξής μηχανήματα:

1. Ψηφιακό Ακτινολογικό συγκρότημα αποτελούμενο από:

Γεννήτρια ακτίνων Χ τύπου OPERA G650DR (s/n: CPD32405K18)

Ακτινολογική Λυχνία OPERA RX90 (s/n: 40V198/B418V)

Οριζόντια Εξεταστική Τράπεζα τύπου MTObs (s/n: 501/25)

Όρθιο Bucky τύπου TRN430 (s/n: 2263)

Ψηφιακός Ανιχνευτής (Flat Detector) τύπου EVS (s/n: WECR0047HJS)

Τα ανταλλακτικά επισκευής επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία (εξαιρουμένων των αναλωσίμων).

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και το ISO 13485:2016 για την τεχνική υποστήριξη των ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν τεχνικό, που να έχει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Εναλλακτικά η τεχνική ικανότητα μπορεί να αποδεικνύεται με δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντήρησης των **συγκεκριμένων μηχανημάτων** που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο χρονικό διάστημα της ετήσιας ισχύος της σύμβασης που ζητείται, να προβεί, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το Ακτινολογικό Τμήμα σε λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο των προαναφερομένων μηχανημάτων καθώς και σε τακτική συντήρηση αυτών, τρεις (3) φορές υποχρεωτικά, ήτοι μία (1) φορά ανά τετράμηνο.

Ο συντηρητής υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητά του να διαθέτει γνήσια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά, προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται με ποινή απόρριψης της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του “ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ” ότι εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή, επάρκεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων γνήσιων, προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή, ανταλλακτικών και αναλωσίμων στον προαναφερόμενο προς συντήρηση εξοπλισμό, κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Η γνησιότητα των χρησιμοποιημένων υλικών να μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. Δελτία Αποστολής κλπ.) Σε καμία όμως περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί την αδυναμία διάθεσης ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας, βάσει των διεθνών προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα απ’ τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς Κανονισμούς.

Κατά την συντήρηση ή επισκευή, η συντηρήτρια εταιρία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος. Οι μετατροπές αυτές δεν πρέπει να έχουν επίπτωση (μείωση) στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα

των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σύμβαση της αγοράς των μηχανημάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης των προσφερομένων μηχανημάτων. Η εταιρεία μας θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με email για τη βλάβη και ει δυνατόν το είδος της.

#### **Ειδικοί όροι:**

Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται, σε προγραμματισμένες ημερομηνίες, οι οποίες προηγουμένως θα έχουν κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου μας με αντίστοιχη επιστολή από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., εκτός εορτών, αργιών, κλπ. Και αν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και απογευματινές ώρες.

Θα πρέπει να κοινοποιήσει τα τηλέφωνα και e-mail του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.

Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι, οσάκις καλούνται για επισκευή, να φθάνουν στο Γ.Ν. Λέρου μέσα σε 48 ώρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης ενός μηχανήματος υπολογίζεται από της γνωστοποίησης της βλάβης στο γραφείο του συντηρητή, ή στον εκπρόσωπό του εφόσον ορίσει.

Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν με το συντηρημένο ή επισκευασμένο μηχάνημα στον χρήστη και συμπληρωμένο πρωτόκολλο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος μη λειτουργίας του κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, όπως προκύπτει από τα πρωτόκολλα συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση λειτουργίας και στον χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων, διότι υποχρεούνται να έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη των απαιτούμενων παραπάνω προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη, γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος δεν προσμετράτε ως ανωτέρω στις παρακάτω περιπτώσεις: - Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών του μηχανήματος. - Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή πρόθεση ή σε λόγους ανωτέρας βίας. - Εάν οι τεχνικοί εμποδίζονται στην άσκηση της εργασίας του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. - Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (τροχαίου ατυχήματος, δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λ.π.). - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη αναγγελθεί στον συντηρητή μετά τις 12 το μεσημέρι. - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργήσει μέχρι τις 10 το πρωί. - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησης του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί σε 24 ώρες.

Τα προς συντήρηση μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός παραγωγής και λόγω παλαιότητας και μη επάρκειας ανταλλακτικών, σε περίπτωση βλάβης όπου η εξεύρεση των ανταλλακτικών είναι πάρα πολύ δύσκολη από τις κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να αφαιρεθεί από την σύμβαση το συγκεκριμένο μηχάνημα για το χρονικό διάστημα που απομένει για την λήξη της σύμβασης.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Ετήσιας Συντήρησης Ψηφιακού Μαστογράφου IMS

## (ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)

Ένας (1) Ψηφιακός Μαστογράφος IMS Giotto 3DL (S/N: 1838103340)

Η ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη εργασιών και των από τη συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών.

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και το ISO 13485:2016 για την τεχνική υποστήριξη των ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν τεχνικό, που να έχει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Εναλλακτικά η τεχνική ικανότητα μπορεί να αποδεικνύεται με δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντήρησης των **συγκεκριμένων μηχανημάτων** που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο χρονικό διάστημα της ετήσιας ισχύος της σύμβασης που ζητείται, να προβεί, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το Ακτινολογικό Τμήμα σε λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο των προαναφερομένων μηχανημάτων καθώς και σε τακτική συντήρηση αυτών, τρεις (3) φορές υποχρεωτικά, ήτοι μία (1) φορά ανά τετράμηνο.

Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας, βάσει των διεθνών προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας, ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης, μετρήσεις τάσεων και παλμών, αναγκαίες ρυθμίσεις και λιπάνσεις, συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση βοηθητικών αναλωσίμων υλών π.χ. έλαιο λίπανσης Υ.Τ., καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική φθορά από την συνήθη χρήση των συγκροτημάτων, και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία των συγκροτημάτων.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα απ' τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς Κανονισμούς.

Τα ανταλλακτικά επισκευής επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία (εξαιρουμένων των αναλωσίμων).

Ο συντηρητής υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητά του να διαθέτει γνήσια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά, προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται με ποινή απόρριψης της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ" ότι εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή, επάρκεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων γνήσιων, προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή, ανταλλακτικών και αναλωσίμων στον προαναφερόμενο προς συντήρηση εξοπλισμό, κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Η γνησιότητα των χρησιμοποιημένων υλικών να μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. Δελτία Αποστολής κλπ.) Σε καμία όμως περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί την αδυναμία διάθεσης ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Κατά την συντήρηση ή επισκευή, η συντηρήτρια εταιρία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος. Οι μετατροπές αυτές δεν πρέπει να έχουν επίπτωση (μείωση) στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα

των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σύμβαση της αγοράς των μηχανημάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης των προσφερομένων μηχανημάτων.

Η εταιρεία μας θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με e-mail για τη βλάβη και ει δυνατόν το είδος της.

### **Ειδικοί όροι:**

Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται, σε προγραμματισμένες ημερομηνίες, οι οποίες προηγουμένως θα έχουν κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου μας με αντίστοιχη επιστολή από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., εκτός εορτών, αργιών, κλπ. Και αν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και απογευματινές ώρες.

Θα πρέπει να κοινοποιήσει τα τηλέφωνα και e-mail του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.

Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι, οσάκις καλούνται για επισκευή, να φθάνουν στο Γ.Ν. Λέρου μέσα σε 48 ώρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης ενός μηχανήματος υπολογίζεται από της γνωστοποίησης της βλάβης στο γραφείο του συντηρητή, ή στον εκπρόσωπό του εφόσον ορίσει.

Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν με το συντηρημένο ή επισκευασμένο μηχάνημα στον χρήστη και συμπληρωμένο πρωτόκολλο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος μη λειτουργίας του κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, όπως προκύπτει από τα πρωτόκολλα συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση λειτουργίας και στον χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων, διότι υποχρεούνται να έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη των απαιτούμενων παραπάνω προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη, γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος δεν προσμετράτε ως ανωτέρω στις παρακάτω περιπτώσεις: - Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών του μηχανήματος. - Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή πρόθεση ή σε λόγους ανωτέρας βίας. - Εάν οι τεχνικοί εμποδίζονται στην άσκηση της εργασίας του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. - Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (τροχαίου ατυχήματος, δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λ.π.). - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη αναγγελθεί στον συντηρητή μετά τις 12 το μεσημέρι. - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργήσει μέχρι τις 10 το πρωί. - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησης του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί σε 24 ώρες.

Εάν κατά τη διάρκεια ενός έτους πλήρους συντηρήσεως από της υπογραφής της συμβάσεως η ολική περίοδος μη λειτουργίας κάθε μηχανήματος, λόγω βλάβης υπερβεί τις ημέρες που αναφέρονται στην παραπάνω, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα επιβάλλεται, ανά μηχάνημα, ποινική ρήτρα ίση με το δεκαπλάσιο της αντίστοιχης ημερήσιας αμοιβής του συντηρητή (δηλαδή, ετήσια αποζημίωση /360X10).

Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ο συντηρητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως καθορίζονται από τη σύμβαση αυτή, τότε ο Φορέας έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσεως της αντίστοιχης σύμβασης.

**Πληροφορίες: Αμπατζίδης Δημήτριος Τηλ.: 2247360701 εσωτερικό (133), FAX : 22470-25676  
 e-mail bioiatriki@leros-hospital.gr Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400**

**Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης από 2.500,00 και πάνω καθ. αξία**

- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ)
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
- Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Φορολογική Ενημερότητα
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

**Η δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις:**

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% ΑΕΠΠ

Χ/ΜΟ 3% ΑΕΠΠ

ΑΕΠΠ 0,06%

ΟΓΑ 20% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Χ/ΜΟ 3% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

2% ΕΙΔ. ΚΩΔ. ΥΥΚΑ

ΦΟΡΟΣ 8%

(Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο)

ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΟΙΚ. ΥΠ/ΝΤΗΣ

Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  
 ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ