



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-  
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ  
ΑΦΜ: 099591588  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Λακκί Λέρος  
Τηλέφωνο: 22470 22131  
e-mail: [promithies2@leros-hospital.gr](mailto:promithies2@leros-hospital.gr)

Λέρος 12/12/2023  
Αριθμ. πρωτ. 14672

CPV: 50530000-9

ΑΔΑ:

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Νο 14 (Χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)

### Για τη συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων για τρεις μήνες

1. Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ.: 14202/4-12-2023 απόφασης του Διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου-ΓΝ-ΚΥ Λέρου (ΑΔΑ:ΩΧΛΘ46904Ρ-ΨΩΩ), περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, (περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), λόγω του κατεπείγοντος
2. Η υπ' αριθ. 1362/4-12-2023 (ΑΔΑ:69ΧΖ46904Ρ-ΜΔΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

### Διενεργείται

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη «σύναψη τρίμηνης σύμβασης για τη συντήρηση αναισθησιολογικού μηχανήματος και θερμοκοιτίδων».

Η διαπραγμάτευση απευθύνεται μόνο στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., με ΑΦΜ: 095029193 (άρθρο 32, του Ν. 4412/16, λόγω του κατεπείγοντος).

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:** Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 10:00'.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας (με email), για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, βάσει (των όρων της σύμβασης Νο 96/2022, με προϋπολογισμό ίσο με το ¼ της αξίας της ετήσιας σύμβασης:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	ΠΡΟΫΠ.ΔΑΠΑΝΗΣ 3μήνου προ ΦΠΑ
1	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ FABIUS, ΟΙΚΟΥ DRAEGER s/n: 10934	1	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)	600,00 €

2	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ VISION 2286, ΟΙΚΟΥ FANEM, s/n: NAO-068541	1	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΤΙΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)	310,00 €
3	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΔΙΑΚΟΜΗΔΩΝ IT-158TS ΟΙΚΟΥ FANEM, s/n: DAO-069302	1	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΤΙΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)	250,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ</b>					1.160,00 €
<b>ΦΠΑ 24%</b>					278,40 €
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ</b>					1.438,40 €

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### (Α) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

#### (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΛΑΒΩΝ)

#### A/A - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1 - Οι απαιτούμενες επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων της αναθέτουσας αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, και θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, και η ανάδοχος θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το κόστος για την μετακίνηση, εργασία συντήρησης, λοιπά έξοδά της βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2 - Υποχρέωση του Αναδόχου και θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα για τα μηχανήματα της σύμβασης, είναι να καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση βλαβών που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου, κατά την διάρκεια της σύμβασης.

3 - Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης του ζητηθεί τηλεφωνικά. Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

4 - Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης καλείται ο Ανάδοχος να καλύψει την εργασία εγκατάστασης αυτού ενώ το κόστος αυτού θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Για την συντήρηση των μηχανημάτων το κόστος των υλικών συντήρησης βαρύνει τον Ανάδοχο.

5 - Εφόσον κάποια ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα (π.χ. λόγω παλαιότητας) τότε συμφωνείται η αφαίρεση του μηχανήματος από την Σύμβαση καθώς και το αντίστοιχο τίμημα της Σύμβασης και η πληρωμή θα καθοριστεί σύμφωνα με τους μήνες που το μηχανήμα ήταν σε χρήση εντός Σύμβασης.

6 - Τα υλικά συντήρησης θα αντικαθίστανται δωρεάν, καθώς και ένας (1) αισθητήρας οξυγόνου ετησίως όταν χρειαστεί. Τα λοιπά αναλώσιμα (αισθητήρες ροής, σωλήνες, καλώδια, κυκλώματα ασθενούς και υλικά που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή) δεν περιλαμβάνονται.

7 - Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης (στην ελληνική γλώσσα).

8 - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχανήμα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή προληπτική), στο (Τμήμα Βιοϊατρικής), παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής.

9 - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας και αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

10 - Ρητά συμφωνείται ότι η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας, η αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν, καθώς και τα υλικά και η εργασία που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο.

11 - Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

- 11.1 - Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε ίδιο ή παρόμοιο εξοπλισμό ή κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία το μέγιστο, παρόμοιου έργου σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, συνοδευόμενος με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.
- 11.2 - Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 15, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:16 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

### **(B) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ**

#### **(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΛΑΒΩΝ)**

##### **A/A - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

- 1 - Οι απαιτούμενες επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων της αναθέτουσας αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, και θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, και η ανάδοχος θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το κόστος για την μετακίνηση, εργασία συντήρησης, λοιπά έξοδά της βαρύνουν τον Ανάδοχο.
- 2 - Υποχρέωση του Αναδόχου και θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα για τα μηχανήματα της σύμβασης, είναι να καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση βλαβών που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου, κατά την διάρκεια της σύμβασης.
- 3 - Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης του ζητηθεί τηλεφωνικά. Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
- 4 - Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης καλείται ο Ανάδοχος να καλύψει την εργασία εγκατάστασης και το κόστος αυτού. Για την συντήρηση των μηχανημάτων το κόστος των υλικών συντήρησης βαρύνει τον Ανάδοχο.
- 5 - Τα υλικά συντήρησης θα αντικαθίστανται δωρεάν, καθώς και έως (2) αισθητήρες οξυγόνου ετησίως όταν χρειαστεί. Τα λοιπά αναλώσιμα (αισθητήρες, σωλήνες, καλώδια, και υλικά που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή) δεν περιλαμβάνονται.
- 6 - Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης (στην ελληνική γλώσσα).
- 7 - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχανήμα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή προληπτική), στο (Τμήμα Βιοϊατρικής), παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής.
- 8 - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας και αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
- 9 - Ρητά συμφωνείται ότι η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας, η αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν, καθώς και τα υλικά και η εργασία που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο.
- 10 - Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:
- 10.1 - Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε ίδιο ή παρόμοιο εξοπλισμό ή κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία το μέγιστο, παρόμοιου έργου σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, συνοδευόμενος με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.
- 10.2 - Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 15, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:16 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ (τμήμα Α')	1.160,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπ/νου ΦΠΑ 24% (τμήμα Α')	1.438,40 €
ΚΑΕ	0887.01
CPV/ υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων	50530000-9

**Η δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις:**

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%  
 Χ/ΜΟ 3% επί του ΕΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% επ' αυτού  
 2% ΕΙΔ. ΚΩΔ. ΥΥΚΑ  
 ΦΟΡΟΣ 8%  
 (Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο)

ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΟΙΚ. ΥΠ/ΝΤΗΣ

Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ